

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
BEYTEPE KAFETERİYALARI MUTFAK MALZEME İSTEĞİ

Paslanmaz Çelik Prob Gıda Termometresi:

- Paslanmaz çelik + ABS malzemeden yapılmış gıda termometresi olmalıdır.
- Prob uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.
- -50 ile 300°C sıcaklık aralığını ölçmelidir.
- Sıcaklık duyarlılığı ± 1 °C olmalıdır.
- çalışma voltajı 1,5 V olmalıdır.
- Mini dijital termometresi olmalıdır.
- On/Off ayar fonksiyonu olmalıdır.
- Hafif ve taşınabilir olmalıdır.
- 1 adet taşıma/saklama kılıfı olmalıdır.
- Ürün içerisinde pili olmalıdır.

Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçer :

- Sıcaklık ölçüm aralığı -10 ile 50°C arası olmalıdır.
- Nem ölçüm aralığı 10% - 99% RH arasında olmalıdır.
- Sıcaklık Çözünürlüğü %1 olmalıdır.
- LCD ekranı olmalıdır. LCD ekran Uzunluk*Genişlik* Derinlik en az 7cm*7cm*1 cm olmalıdır.
- Duvara monte edilebilir olmalıdır.

Mehmet KAYMAKÇI

Aşçıbaşı



Esrahan HAMURCU

Diyetisyen

Sevil Ayşe KURNAZ

Beytepe Kafeteryalar Şb. Md.

